DRUGWIPE® Choix de la procédure de test

1. Confirmation de contact avec des stupéfiants

par analyse d'articles ou objets d'usage personnel :

- Choisissez un objet approprié.
  Procédez au test *DRUGWIPE*® en respectant les étapes 1 à 14.

ATTENTION : pour les surfaces rugueuses, tamponnez légèrement seulement !

par analyse de la surface de la peau (épiderme) :

- Déterminez une partie du corps appropriée (extrémité des doigts, nez, bouche, etc.) Procédez au test en respectant les étapes 1 à 14.

2. Confirmation d'usage de stupéfiants

par analyse de la sueur ou de l'épiderme :

- Procédez au test en respectant bien les différentes étapes 1 à 14.
- Choisissez une zone de transpiration naturelle où le risque de contamination par contact peut être écarté avec certitude (les aisselles par ex.).

par analyse de la salive :

- Procédez au test en suivant respectueusement les étapes 1 à 7, puis 9 à 14.
- Prélevez un échantillon de salive sur la paroi buccale ou directement sur la langue.
- ATTENTION : le patin absorbant doit être imbibé de salive, secouez-le doucement afin d'éliminer tout excédent de salive.

3. Dépistage simultané de plusieurs substances prohibées grâce à *DRUGWIPE*® Twin et *DRUGWIPE*® *5*

Versions *DRUGWIPE*® Twin disponibles :
➢ cannabis / amphétamines / méthamphétamines
➢ opiacés / cocaïne

Versions *DRUGWIPE*® *5* disponibles :
➢ cannabis / amphétamines / méthamphétamines / opiacés / cocaïne

Le mode d'emploi et la lecture du test sont analogues à ceux des tests simples. Il existe deux fenêtres de détection pour chaque paramètre.

4. Dépistage de substances prohibées dans des fluides et liquides indéterminés

Pour ce type d'utilisation, Securetec a mis au point la gamme de produits *DRUG ID*® qui permet le test rapide et très fiable de substances, comprimés ou liquides. Dossier et documentation détaillée sur demande.

5. Programme d'entraînement *DRUGWIPE*®

Un programme d'entraînement complet Drugwipe, utilisable dans le cadre d'une formation continue, est disponible sur demande.

DRUGWIPE® Caractéristiques

1. Précision

Grâce à l'utilisation d'anticorps marqués à l'or, Securetec a mis au point un produit de référence au niveau de la précision et de la fiabilité du résultat..

2. Sensibilité

DRUGWIPE® détecte et identifie des substances prohibées présentes en très faible concentration. Une quantité infime d'environ 10 ng (nanogramme = un milliardième de gramme) suffit à déclencher un test positif.
DRUGWIPE® est disponible en plusieurs versions, permettant le dépistage des opiacés, de la cocaïne, du cannabis ou des amphétamines / méthamphétamines (ecstasy).

3. Fiabilité

DRUGWIPE® peut être utilisé sans aucune restriction à une température ambiante comprise entre 5 et 40°C et stocké à long terme à une température plus modérée (15 à 25°C). Le transport peut être effectué à une température comprise entre 5 et 35°C mais ce, pour une période de 3 jours maximum..

Attention, le daltonisme ou autre anomalie de la vue peuvent conduire à une lecture erronée du résultat du test.

Les résultats du test peuvent également être faussés si Drugwipe® est utilisé après la date limite de conservation, si le boîtier de plastique blanc a été immergé dans un liquide ou en cas d'examen de substances fortement acides, alcalines ou décolorantes.

4. Exploitation du test devant un tribunal

DRUGWIPE® constitue un test de dépistage préliminaire. Les résultats du test *DRUGWIPE*® ne peuvent à eux seuls servir de preuve devant un tribunal. Un résultat positif du test devra donc être confirmé par une autre méthode d'analyse reconnue devant les tribunaux.

Fabricant :

SECURETEC DETEKTIONS-SYSTEME AG
Rosenheimer Landstr. 129
85521 Ottobrunn
tél.: ++49-89-627896-51
fax: ++49-89-627896-52
email: info@securetec.net

SECURETEC
DETEKTIONS-SYSTEME AG

Source d'information :

TEST RAPIDE DE DÉPISTAGE DE STUPÉFIANTS

SECURETEC
DETEKTIONS-SYSTEME AG

DRUGWIPE II®

TESTS SIMPLES ET MULTIPLES

DÉPISTE ET IDENTIFIE

CANNABIS
OPIACÉS
COCAÏNE
AMPHÉTAMINES
MÉTHAMPHÉTAMINES (ECSTASY)

PERMET DE

DÉCOUVRIR UN TRAFIC DE DROGUE
COMBATTRE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

POUR L'ANALYSE DE

SURFACES
ÉPIDERME
SALIVE
SUEUR

SIMPLE • RAPIDE • FIABLE • FACILEMENT UTILISABLE

DRUGWIPE® Mode d´emploi

Prière de respecter scrupuleusement le mode d'emploi !



1. Déterminez le procédé de test (voir au dos de la brochure).
2. Choisissez le type de test *DRUGWIPE*® approprié.
3. Vérifiez la date limite d'utilisation.
4. Assurez-vous que l'emballage n'est ni endommagé, ni ouvert.
5. Ouvrez l'emballage au niveau des encoches et sortez le test *DRUGWIPE*®.
6. Remplissez un flacon goutte-à-goutte d'eau du robinet.
7. Séparez la pièce bleue (avec le patin absorbant) de la pièce réactive blanche.



ATTENTION : ne pas toucher la patin absorbant, ne pas retirer le réservoir d'eau.

8. Pour le test pratiqué sur une surface, l'épiderme ou la sueur, retournez la partie bleue, humidifiez le patin absorbant, éliminez l'excédent d'eau en le secouant légèrement mais sans le toucher.

   Pour le prélèvement de salive, il n'est pas nécessaire d'humidifier le patin absorbant au préalable.



9. Passez 5 ou 6 fois le patin absorbant sur la surface testée en exerçant une légère pression. En cas de surface très rugueuse, tamponnez légèrement.



10. Enclenchez la partie bleue sur la pièce réactive, vous devez entendre un double clic.



11. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'à la marque avec de l'eau du robinet.



12. Plongez la languette absorbante dans le réservoir rempli d'eau, attendez 10 secondes, puis retirez-la.



ATTENTION : ne pas plonger le boîtier blanc dans l'eau !

13. Maintenez le test *DRUGWIPE*® en position horizontale pendant 3 à 5 minutes.



14. Lecture du résultat :
    Le résultat du test apparaît sous forme de lignes rouges dans la fenêtre de détection : la ligne de réaction et la/les lignes de contrôle.

    Tant que le test *DRUGWIPE*®n'a pas été utilisé, la position des lignes de réaction et de contrôle est indiquée en bleu. Ces lignes bleues disparaissent lors du test où elles sont remplacées par une ligne rouge de contrôle et le cas échéant, de réaction. La ligne de contrôle apparaît à chaque test, celle de réaction uniquement dans le cas d'un test *DRUGWIPE*® positif.

Réaction au test *DRUGWIPE*® simple et double :



Une deuxième ligne rouge dans la fenêtre de détection indique un résultat positif.

Réaction au test *DRUGWIPE*® *5*:



La présence de 2 ou 3 types de drogues est indiquée simultanément dans le carré de détection, la zone réservée à chaque substance étant marquée sur le boîtier. Lorsqu'une ligne rouge apparaît dans cette zone, elle annonce un résultat positif pour la drogue concernée. Si la zone reste vierge, le résultat doit être considéré comme négatif.

Même si la ligne de réaction n'apparaît pas de façon continue dans le carré de détection, le test doit toutefois être considéré comme positif. Une ligne irrégulière ne témoigne en effet que d'une répartition inégale de la substance sur le patin absorbant *DRUGWIPE*® . Si aucune ligne de contrôle n'apparaît, le test doit être considéré comme nul et, le cas échéant, recommencé en prélevant un nouvel échantillon à un autre endroit.

Le résultat du test est lisible au bout de 3 minutes et pour une durée maximale de 20 minutes..

SECURETEC AG Securetec AG garantit le fonctionnement et la qualité de ses produits à condition que les consignes d'utilisation aient été strictement observées.

SECURETEC AG et ses partenaires du monde entier déclinent toute responsabilité du fait de leurs produits.

Notice établie en octobre 2003